

PPV 质粒 DNA 校准品

货号: 1506102-C01

(仅供研究用)

一、产品简介

PPV 质粒 DNA 校准品为线性化质粒 DNA, 包含 PPV 病毒的目的基因序列, 适用于对 PPV 病毒核酸检测试剂盒的检测限性能指标的分析评估。

二、产品组分

组分	产品号	装量	储存条件
PPV 质粒 DNA 校准品	NNA076	冻干粉, 1 管	-18 °C 及以下
ddH ₂ O	NND010	1 mL × 1 管	-18 °C 及以下

三、产品效期

规定储存条件下 24 个月, 具体详见试剂盒标签。

四、使用方法

- PPV 质粒 DNA 校准品为冻干粉, 第一次使用时, 先 10000 rpm 离心 1min。离心后准确移取 55 µL ddH₂O 加至管底。颠倒混匀后快速离心 3-5 s, 重复混匀 3 次保证冻干粉充分溶解, 复溶后静置 10 min 再使用。复溶后 PPV 质粒 DNA 校准品的浓度参照管壁标签。
- 使用时将 PPV 质粒 DNA 校准品用 ddH₂O 或 DNA 稀释液梯度稀释至所需浓度, 按照试剂盒说明书要求进行加样及上机检测, 分析结果。

五、注意事项

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
- 请按规定条件保存, 校准品复溶后请在 1 年内使用, 避免反复冻融。
- 为本产品只适用湖州申科的猪细小病毒 (PPV) 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) 的检测性能评估。

六、相关产品

名称	货号	规格
猪细小病毒 (PPV) 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1506102	50 Reactions

生效日期: 2025 年 07 月 30 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 400-878-2189